

Manuel d'utilisation de dispositif de prélèvement salivaire (Saliva Collection Kit)



Nom du produit

Saliva Collection Kit

Référence catalogue : CY-9800C

Usage prévu

Le kit de prélèvement salivaire est destiné à la collecte, au stockage et au transport des échantillons cliniques contenant des virus, chlamydiae, mycoplasmes ou ureaplasma du lieu de prélèvement au laboratoire d'analyse. Il est composé d'un tube muni d'un entonnoir et d'un tube contenant un milieu de transport et muni d'un bouchon rouge. Le milieu de transport assure l'inactivation du virus et la préservation du génome du pathogène. Ce produit est destiné à un usage diagnostic in vitro uniquement.

Matériel fourni

Réf. catalogue	Description		Pack
CY-9800C	Saliva Collection Kit	Un tube de 5ml contenant 2 ml de milieu de transport; Un tube vide de 5ml muni d'un entonnoir ;	Emballage individuel



Huachenyang (Shenzhen) Technology Co., Ltd.
Area A, F8/ Bldg 4, Hengchangrong High Tech Park,
Shangnan East Road, Hongtian, Shajing, Bao'an,
Shenzhen, 518125, Guangdong CHINA
Website: chenyanglobal.com
Tel: 86-755-27393226 Fax: 86-755-27381080



Contact en France :

27 chemin des Peupliers, 69570 Dardilly

Manuel d'utilisation de dispositif de prélèvement salivaire (Saliva Collection Kit)



Conditions de stockage et durée de conservation

1. Le produit doit être stocké dans un environnement propre, sec et ventilé
2. Température de stockage entre 2°C et 35°C
3. Humidité relative < 85%
4. Durée de conservation : 12 mois

Précautions

1. L'échantillon collecté doit être envoyé rapidement au laboratoire (48h maximum)
2. Tous les échantillons et matériels utilisés doivent être considérés comme potentiellement infectieux et manipulés de manière à éviter une infection du personnel de laboratoire. Stériliser tous les déchets présentant un risque biologique, y compris les échantillons, les contenants et les milieux après leur utilisation.
3. Ne convient pas pour collecter et transporter des microorganismes autres que les virus, chlamydiae, mycoplasmes et ureaplasma.
4. À manipuler uniquement par du personnel qualifié. Les échantillons doivent être manipulés de manière aseptique.

Utilisation

Une fois l'échantillon prélevé, il doit être placé immédiatement en contact avec le milieu de transport et transféré rapidement au laboratoire d'analyse. Malgré les bonnes capacités de conservation du milieu de transport, il est recommandé de réfrigérer les échantillons entre 2 - 8°C pendant le transport.



- 1 Cracher dans l'entonnoir jusqu'à ce que le volume de salive atteigne 2ml



- 2 Ouvrir le tube contenant le milieu de transport



- 3 Verser le milieu de transport dans le tube munit d'un entonnoir



- 4 Enlever l'entonnoir du tube collecteur



- 5 Visser fermement le bouchon sur le tube contenant le milieu de transport et l'échantillon de salive



- 6 Agiter le tube collecteur pendant 5 secondes